

Beskrivelse af opgaven

Levering og service af nødkaldssystem til brug hos beboere på 3 plejecentre.

På 3 af Faxe Kommunes plejecentre, med henholdsvis 34, 34 og 43 beboere, skal kaldeanlæggene konverteres til tidssvarende anlæg, gerne således at eksisterende installation i størst muligt omfang genanvendes uden det begrænser fremtidssikringen.

Der er følgende krav til anlæggene:

- Kaldeanlægget skal være på dansk.
- Kaldeanlægget skal være let at anvende, kode og opsætte funktioner.
- Kaldeanlægget skal have mulighed for tovejskommunikation
- Mulighed for kommunikation mellem medarbejdere overalt i huset (dækning), samt mulighed for at stille kald videre
- Tilknyttede kald fra bestemte borgere til bestemte telefoner (dagligt – ruter)
- Lyd og mikrofon skal være dækkende i hele boligen (stue, soveværelse og badeværelse).
- Der skal være mulighed for brug af passive alarmer. Altså alarmer, som reagerer på manglende eller utilsigtet adfærd, fx faldalarmer, sensorgulve mv.
- Der bør være en fleksibel rumenhed, der gør det muligt at fjerne/frakoble rumenheden, hvis borgeren ikke ønsker denne, eller hvis det vurderes, at borgeren ikke kan anvende tovejskommunikation i rumenheden.
- Rumenheden skal være let at betjene for både borger og medarbejder,
- og rumenheden skal leveres i et design, som er let at rengøre.

Øvrige krav:

- Uddannelse af personalet. Der ønskes to gange undervisning af to timers varighed for superbruger, samt en enkelt genundervisning efter seks måneder (uddannelsen skal foregå på det enkelte center).
- Implementeringsplan
- Serviceaftale

Endvidere ønskes mulighed for (option):

- Positioneringsinstallation, som angiver præcis position af hvor borgeren befinder sig i bygningen ved foretagelse af kald, inklusiv fællesrum og gangarealer, herunder mulighed for tilkobling af demensalarm
- Dørtelefon
- Integration af ABA central
- Der er et ønske om at kunne udtrække statistik for kald.

Kontaktoplysninger

Spørgsmål sendes til indkobsindheden@faxekommune.dk

Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive lagt på udbud.dk

Besigtigelse

Der er mulighed for besigtigelse på plejecentrene onsdag den 29. juni 2016 kl. 9.00

Solhavecentret, Græsvej 1, 4653 Karise (mødested 09.00)

Lindevejscentret, Lindevej 13B, 4640 Faxe

Hylleholtcentret, Teglhaven 40A, 4654 Faxe Ladeplads

Tilmelding til besigtigelse sendes til indkobsindheden@faxekommune.dk senest mandag den 27. juni 2016 kl. 12.00 med angivelse af antal personer der deltager.

Tilbuddet

Tilbudsgiver skal beskrive hvorledes det tilbudte lever op til krav og ønsker kommunen har. Tilbudsgiver skal angive en samlet pris pr. center. Derudover skal priserne udspecificeres så kommunen kan se hvad de enkelte dele/elementer koster. Endvidere skal tilbudsgiver angive pris for options delene.

Tilbudsfrist

17. august 2016

Tilbuddet sendes til indkobsindheden@faxekommune.dk

Ordregivers adresse

Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Tildelingskriterier

Bedste forhold mellem pris og kvalitet, med følgende underkriterier og vægtning:

Pris 50%

Kvalitet, funktionalitet og brugervenlighed 40%

Implementering 10%